

質 疑 回 答 書

令和4年8月5日
公立大学法人三重県立看護大学

〔案件名〕 ベッドサイドモニタ及び医療機器チェッカの購入
〔公告日〕 令和4年7月27日

以下のとおり回答します。

	質 疑 内 容	回 答
1	<p>医療機器チェッカについての質問をさせていただきます。</p> <p>基準品の AX-410G の仕様を満たす為に同等品の申請を行いたいと考えております。</p> <p>その場合、同等品は Prosim3 (バイタル仕様) と SPOT light (パルス仕様) の2台になりますが宜しいでしょうか。</p>	<p>各機器を組み合わせるにより、基準品と同等以上の仕様、性能となる場合は2台となっても構いません。</p> <p>なお、同等品については、別途、同等品申請が必要です。</p>
2		
3		